

檔 號：

保存年限：

臺北市府衛生局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號1樓東南區

承辦人：傅品若

電話：1999(外縣市02-27208889)轉7077

傳真：(02)2720-5321

電子信箱：a79179@gov.taipei

受文者：苗栗縣政府衛生局

發文日期：中華民國115年8月21日

發文字號：北市衛食藥字第11531310982號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件-回收醫療器材列表(4539619_44712926_11531310982_1_ATTACH1.pdf)

主旨：有關台灣悅廷和有限公司回收「“邁柯唯”動靜脈導管」
(衛署醫器輸字第021633號)醫療器材一案，請協助轉知
所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部115年8月18日衛授食字第1151608789號函。
- 二、案係旨揭公司通報旨揭醫療器材受影響產品包裝之無菌性，可能導致患者感染風險增加，故啟動回收作業。
- 三、本案受影響產品如附件所列，經衛生福利部食品藥物管理署核判屬第二級回收，為維護民眾權益及用藥安全，請協助轉知所屬會員確實依醫療器材管理法等相關規定辦理，並配合旨揭公司回收作業。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會

副本：各縣市衛生局(除臺北市府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)(含附件)、連江縣衛生局(含附件)

電 2026/08/21 文
交 16:01:27 章

藥政科

115/08/21



1150017574