

彰化縣衛生局 函


地址：500009彰化市中山路2段162號

承辦人：蔡小姐

電話：04-7115141分機5402

傳真：04-7116508

電子信箱：pa@mail.chshb.gov.tw



受文者：苗栗縣政府衛生局

發文日期：中華民國114年6月23日

發文字號：彰衛藥字第1140038726號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：有關奇勝生技有限公司製售之「奇勝醫療立體口罩(未滅菌)(衛部醫器製壹字第009360號)」(規格：幼兒立體)醫療器材，中文品名標示及規格不符規定乙案，請轉知所屬會員，請查照。


說明：

- 一、依據屏東縣政府衛生局114年6月11日屏衛食藥字第1148013893號函辦理。
- 二、旨揭公司製售之「奇勝醫療立體口罩(未滅菌)(衛部醫器製壹字第009360號)」(規格：幼兒立體)醫療器材，外包裝標示之中文品名標示與許可證核准之中文品名「奇勝立體醫療口罩(未滅菌)」不符，另許可證上之醫器規格未登錄「幼兒立體」，涉違反醫療器材管理法規定。
- 三、經查衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄平台旨揭公司已於114年6月3日辦理歇業，另查經濟部商工登記公示資料該公司已解散，請轉知所屬會員下架旨揭醫療器材。
- 四、副本抄送各縣市衛生局，請惠予輔導貴轄機構業者倘有陳

列販售旨揭醫療器材，請貴轄機構業者下架。

正本：彰化縣醫師公會、彰化縣診所協會、彰化縣藥師公會、彰化縣藥劑生公會、彰化縣西藥商業同業公會、彰化縣醫療器材商業同業公會

副本：各縣市衛生局



裝

訂

線