

臺北市府衛生局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號東南區1樓

承辦人：石映春

電話：1999(外縣市02-27208889)轉7087

傳真：02-27205321

電子信箱：cg7086@gov.taipei

受文者：苗栗縣政府衛生局

發文日期：中華民國115年10月7日

發文字號：北市衛食藥字第11531452532號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：案內相關資料1份(4637818_45416526_11531452532_1_ATTACH1.pdf)

主旨：有關衛生福利部通報荷商波士頓科技有限公司台灣分公司持有之「“波士頓科技”德瑞森微導管」（衛部醫器輸字第027855號）」醫療器材回收訊息一案，請轉知所屬會員配合相關回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部115年10月2日衛授食字第1151610951號函辦理。
- 二、案係旨揭公司回收訊息略以，特定型號批號之產品因製程問題，可能導致裝置難以自載體環(carrier hoop)中取出，且在引導導管(guide catheter)內推進或回撤時出現困難，可能有造成手術延長、血管損傷、血管痙攣，以及形成危及生命的栓塞等不良反應之風險，故啟動回收作業。經衛生福利部評估，請依醫療器材回收處理辦法相關規定辦理第一級回收作業。
- 三、副本抄送各縣市衛生局，請轉知貴轄機構業者，倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收事宜。
- 四、檢附案內相關資料1份。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、臺北市藥師公會、臺北市藥劑生公會

藥政科

115/10/07



1150020922

副本：各縣市衛生局(除臺北市政府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)(含附件)、連江縣衛生局(含附件)

電 2026/10/07 文
交 11:21:14 章

裝

訂

線