

## 臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號  
承辦人：組員 吳小姐  
電話：04-22220655 #3317  
電子信箱：m01168@taichung.gov.tw

受文者：苗栗縣政府衛生局

發文日期：中華民國112年6月30日  
發文字號：局授衛食藥字第1120081941號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關貴公司製售之「"永大明"高壓蒸氣滅菌鍋」（衛署醫器製字第004059號）」（購買（製造）日期：95年）、「大正和角型高壓滅菌鍋（衛署醫器製字第003629號）」（批號：I0042、製造日期：110.06、型號：AP1）產品，違反醫療器材管理法第26條規定一案，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據高雄市政府衛生局112年6月14日高市衛藥字第11235788200號函辦理。
- 二、案係民眾檢舉本市「永大明儀器股份有限公司」及「大正和儀器股份有限公司」製造販售予「右昌聯合醫院」（高雄市楠梓區軍校路930號）之旨揭高壓消毒鍋，經查詢衛生福利部食品藥物管理署許可證查詢系統，案內醫院使用之高壓消毒鍋外觀與該許可證略有不同，涉違反醫療器材管理法。
- 三、查貴公司製造、販售之「"永大明"高壓蒸氣滅菌鍋」（衛署醫器製字第004059號）」（購買（製造）日期：95年）、「大



正和角型高壓滅菌鍋（衛署醫器製字第003629號）」（批號：I0042、製造日期：110.06、型號：AP1），部分產品外觀與許可證核准內容不符一事，業經本局分別於111年12月28日局授衛食藥字第1110180779號函處分書及111年3月24日局授衛食藥字第1110033456號處分書裁處在案，先予敘明。

四、針對案內產品之市售品連同庫存品，請貴公司依據「醫療器材回收處理辦法」之第三級回收相關規定辦理下列事宜：

- (一)於文到一週內依運銷紀錄通知直接銷貨對象配合下架回收，並告知相關經銷醫療器材商協助轉知下游業者，並督促其各級銷售之醫療器材商保存相關運銷紀錄。
- (二)依據衛生福利部食品藥物管理署於111年11月29日FDA器字第1110030912號函釋略以：「倘案內產品已販售至醫療機構，其已非市售品或庫存品，該產品經醫療院所評估後，認屬其未有損害使用者生命、身體或健康之虞，則尚無須回收；另倘案內產品確有損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞者，應依照消費者保護法第33條及第36條規定，命旨揭公司限期改善、回收或銷燬涉案產品」。倘銷售對象為醫療機構，則由該機構評估產品是否有損害使用者生命、身體或健康之虞，請提據醫療機構之評估聲明文件，依評估結果作後續辦理，並做成紀錄。
- (三)請至衛生福利部食品藥物管理署之藥物食品化粧品上市後品質管理系統（QMS系統），登錄藥物回收通報作

業，(包含「醫療器材於國內製造之總量、銷售數量及庫存量」、「通知旨揭產品直接銷售對象之方式與內容及其他擬採取之措施」及「旨揭產品運銷紀錄清冊」等)，於系統產出回收作業計畫書，於文到二週內，將回收計畫書相關資料(含產品運銷紀錄清冊)函送至衛生福利部食品藥物管理署及本局。

(四)於文到六個月內完成回收，並應於完成回收之日起之二個月內前檢送回收成果報告書(其回收紀錄應追溯至醫療機構、藥局及醫療器材商)至衛生福利部食品藥物管理署及本局。

(五)請貴公司確實依「醫療器材回收處理辦法」回收相關規定辦理。

五、另請一併檢視貴公司製造之其他醫療器材是否有涉違反醫療器材管理法之情事，以落實自主管理之責。

正本：永大明儀器股份有限公司(代表人:鄧進春)、大正和儀器股份有限公司(代表人:鄧尚儒)

副本：衛生福利部食品藥物管理署、各縣市衛生局、本市醫藥相關公會、本市食品藥物安全處

