

臺北市府衛生局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號東南區1樓

承辦人：曾亭郡

電話：1999(外縣市02 - 27208889)轉1045

傳真：02-27205321

電子信箱：p98183@gov.taipei

受文者：苗栗縣政府衛生局

發文日期：中華民國115年9月17日

發文字號：北市衛食藥字第11531385952號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴公司販售之「NMS450X」及「NMS450X+」產品與所持有之「“矽凡特”周邊神經肌肉皮膚傳導監視器」(衛部醫器輸字第032808號)醫療器材許可證核准不符一案，違規市售品請連同庫存品依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本市115年9月9日陳情系統編號H10-1150910-00001案件、115年7月21日陳情系統編號A10-1150721-00201案件、115年6月18日陳情系統編號W10-1150618-00228案件、貴公司115年5月18日未列文號函、115年3月29日未列文號函及115年3月31日電子郵件暨衛生福利部食品藥物管理署115年2月23日FDA器字第1159007789號及115年4月28日FDA器字第1159025511號函辦理。
- 二、案係貴公司輸入販售之「NMS450X」及「NMS450X+」產品與所持有之「“矽凡特”周邊神經肌肉皮膚傳導監視器」(衛部醫器輸字第032808號)醫療器材許可證核准不符，案經民眾向衛生福利部食品藥物管理署反映，復經本局調查違規屬實，違反醫療器材管理法第26條規定，案經本局於115年6月2日以北市衛食藥字第1153021791號裁處書裁處在案。




- 三、按醫療器材管理法（下稱本法）第58條第1項規定略以：
「醫療器材有下列情形之一者，製造、輸入之醫療器材商應即通知醫事機構、其他醫療器材商及藥局，並依規定期限回收處理市售品及庫存品：…五、製造、輸入醫療器材違反第26條、第32條或第33條規定。…」
- 四、本案係屬第三級回收，基於民眾健康安全，請貴公司依據「醫療器材回收處理辦法」之第三級回收相關規定辦理下列事宜：
- (一)於裁處書送達日起一週內依運銷紀錄通知直接銷貨對象配合下架回收，並告知相關經銷醫療器材商協助轉知下游業者，並督促其各級銷售之醫療器材商保存相關運銷紀錄（請通知經銷商運銷紀錄應追蹤至醫療機構、藥局及最下游醫療器材商）。
 - (二)於裁處書送達日起二週內，將回收計畫書相關資料（含產品運銷紀錄清冊）函送至衛生福利部食品藥物管理署及本局。
 - (三)於裁處書送達日起六個月內完成回收，並應於完成回收之日起之二星期內前檢送回收成果報告書（其回收紀錄應追蹤至醫療機構、藥局及最下游醫療器材商）至衛生福利部食品藥物管理署及本局。
 - (四)請貴公司確實依「醫療器材回收處理辦法」第8條規定，確實記載執行通知之人員、直接銷售對象與接收通知之人員及通知之時間與方式並作成紀錄，且至少保存5年。
 - (五)另請一併檢視貴公司販售之其他醫療器材是否有涉違反醫療器材管理法之情事，以落實自主管理之責。
 - (六)醫療器材回收計畫書及回收報告書範本請參考衛生福利部食品藥物管理署首頁〉業務專區〉醫療器材〉醫療器材上市後安全〉醫療器材回收。

五、副本抄送本轄相關公會及各縣市衛生局，請協助轉知所屬會員及轄內機構業者，應配合下架回收事宜。

正本：維京生醫器材股份有限公司

副本：衛生福利部食品藥物管理署、台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、臺北市藥師公會、臺北市藥劑生公會、連江縣衛生局、各縣市衛生局(除臺北市政府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)



裝

訂

線